

São Paulo, 18 de Maio de 2021.

### Informe Técnico

Referente: Lista de produtos Não Regulados pela Gerência – Geral de Tecnologia de produtos para Saúde

Prezado Cliente,

A Panamedical Sistemas Ltda informa que, com o intuito de se adequar a atualização da lista de produtos não regulados pela GGTPS por meio da Nota Técnica nº218/2020, em particular o item “C” Produtos utilizados para Apoio ou Infraestrutura hospitalar, subitem 40 – Lona/ dispositivo/ campo para transferência de paciente, o item declarado em tabela abaixo terá seu rótulo alterado se alinhando à supracitada nota técnica.

Código	Descrição
EZ-400/410	Disco Giratório EZ-Care

Dessa forma, fica determinada a inclusão da seguinte informação ao rótulo do produto mencionado:

**“Isento, conforme Nota técnica nº218/2020”**, se referindo ao número de cadastro ANVISA.

Estamos à disposição para darmos quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessário.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Ricardo Toshimitsu Yamaguti  
Responsável Técnico  
CREA-SP 5061354623  
PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA